

 <p>Opšta bolnica "Đorđe Joanović" 1895</p>	<p><b>REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA</b>  <b>OPŠTA BOLNICA "Đorđe Joanović"</b>  Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5  Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204  Fax: (023) 564-104  <b>PIB 105539565 matični broj: 08887535</b>  Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10  E-mail: <a href="mailto:bolnicazr@ptt.rs">bolnicazr@ptt.rs</a> <a href="http://www.bolnica.org.rs">www.bolnica.org.rs</a></p>
--	---

Dana: 23.09.2016. god.  
Del. broj: 13 - 1582

Na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 13-1578 od 23.09.2016. i člana 108 ZJN ("Sl. glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/15) direktor Opšte bolnice "Đorđe Joanović" Zrenjanin doneo je dana 23.09.2016. godine

### O D L U K U o dodeli ugovora

**I Prema odluci o pokretanju postupka JN 21/2016 – Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata, broj 13-1427 od 19.08.2016. godine i na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda broj 13-1578 od 23.09.2016. godine, ugovor se dodeljuje ponuđaču:**

**„Gorenje GTI“ d.o.o. 11070 Beograd, Milutina Milankovića 7**

**II Protiv ove odluke može se podneti zahtev za zaštitu prava u roku od deset (10) dana od njenog objavljivanja na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca.**

### O b r a z l o ž e n j e

Komisija za javnu nabavku **21/2016 – Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata**, na otvaranju ponuda održanom dana 19.09.2016. godine, konstatovala je sledeće:

1. Predmet JN - dobro: **Nabavka ginekološkog ultrazvučnog aparata**  
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:  
Oprema za akustično, ultrazvučno i doplersko snimanje - 33112000
2. Procenjena vrednost JN: 5.000.000,00 dinara bez PDV-a
3. Podaci o punuđačima i dostavljenim ponudama:

1. **Ponuda broj: 13-1551**  
**Ponuđač: „Shimadzu“ d.o.o. Beograd**

Ponuđena cena: 3.200.000,00 din. bez PDV-a, odnosno 3.840.000,00 din. sa PDV-om

Integrisan color Touch panel minimum 12 inča	<b>0 pondera</b>
<b>Aparat ne poseduje</b>	<b>0 pondera</b>
2D abdominalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)	<b>0 pondera</b>
<b>Aparat ne poseduje</b>	<b>0 pondera</b>
2D vaginalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)	<b>0 pondera</b>
<b>Aparat ne poseduje</b>	<b>0 pondera</b>

**2. Ponuda broj: 13-1552**  
**Ponuđač: „MD Imaging“ d.o.o. Beograd**

Ponuđena cena: 5.000.000,00 din. bez PDV-a, odnosno 6.000.000,00 din. sa PDV-om

Integrisan color Touch panel minimum 12 inča

- Aparat ne poseduje** **0 pondera**  
2D abdominalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)
- Aparat ne poseduje** **0 pondera**  
2D vaginalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)
- Aparat ne poseduje** **0 pondera**

**3. Ponuda broj: 13-1554**  
**Ponuđač: „Medicom“ d.o.o. Šabac**

Ponuđena cena: 3.000.000,00 din. bez PDV-a, odnosno 3.600.000,00 din. sa PDV-om

Integrisan color Touch panel minimum 12 inča

- Aparat ne poseduje** **0 pondera**  
2D abdominalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)
- Aparat ne poseduje** **0 pondera**  
2D vaginalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)
- Aparat ne poseduje** **0 pondera**

**4. Ponuda broj: 13-1557**  
**Ponuđač: „Gorenje GTI“ d.o.o. Beograd**

Ponuđena cena: 4.690.000,00 din. bez PDV-a, odnosno 5.628.000,00 din. sa PDV-om

Integrisan color Touch panel minimum 12 inča

- Aparat poseduje** **10 pondera**  
2D abdominalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)
- Aparat poseduje** **10 pondera**  
2D vaginalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)
- Aparat poseduje** **10 pondera**

**5. Ponuda broj: 13-1558**  
**Ponuđač: „AB Trade“ d.o.o. Beograd**

Ponuđena cena: 4.980.000,00 din. bez PDV-a, odnosno 5.976.000,00 din. sa PDV-om

Integrisan color Touch panel minimum 12 inča

- Aparat ne poseduje** **0 pondera**  
2D abdominalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)
- Aparat ne poseduje** **0 pondera**  
2D vaginalna konveksna višefrekventna sonda, novije tehnologije izrađena po principu matrice ili single cristal tehnologije (S-Vue, PureWave ili adekvatne paralele drugih proizvođača)
- Aparat ne poseduje** **0 pondera**

4. Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje:

**Ponuda broj: 13-1551**

**Ponuđač: „Shimadzu“ d.o.o. Beograd**

Ponuda se odbija kao **neprihvatljiva** iz razloga što ponuđač „Shimadzu“ d.o.o. Beograd nije u ponudi dostavio dokaze za obavezne i dodatne uslove, propisane konkursnom dokumentacijom, kao ni sredstva finansijskog obezbeđenja – blanko menicu i menično ovlašćenje za ozbiljnost ponude kao ni pismo banke o namerama za izdavanje garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

**Ponuda broj: 13-1552**

**Ponuđač: „MD Imaging“ d.o.o. Beograd**

Ponuda se odbija kao **neprihvatljiva** iz razloga što ponuđač „MD Imaging“ d.o.o. Beograd nije u ponudi dostavio dokaze za obavezne i dodatne uslove, propisane konkursnom dokumentacijom, kao ni sredstva finansijskog obezbeđenja – blanko menicu i menično ovlašćenje za ozbiljnost ponude kao ni pismo banke o namerama za izdavanje garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

**Ponuda broj: 13-1554**

**Ponuđač: „Medicom“ d.o.o. Šabac**

Ponuda se odbija kao **neprihvatljiva** iz razloga što ponuđač „Medicom“ d.o.o. Šabac nije u ponudi dostavio dokaze za obavezne i dodatne uslove, propisane konkursnom dokumentacijom, kao ni sredstva finansijskog obezbeđenja – blanko menicu i menično ovlašćenje za ozbiljnost ponude kao ni pismo banke o namerama za izdavanje garancije za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

**Ponuda broj: 13-1558**

**Ponuđač: „AB Trade“ d.o.o. Beograd**

Primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, ponuda se odbija kao **neprihvatljiva**, iz razloga što je ponuđač „AB Trade“ d.o.o. Beograd ostvario manji broj pondera od izabranog ponuđača „Gorenje GTI“ d.o.o. Beograd.

5. Neobičajeno niska cena: Nema

6. Kriterijum za ocenjivanje ponuda je: Ekonomski najpovoljnija ponuda

Na osnovu gore iznetog, odlučeno je kao u dispozitivu.

V.D. Direktora O.B. "Đorđe Joanović"



dr Jovan Sekulić